

Số: / BVĐKKVBM-DTBYT
V/v gia hạn thời gian báo giá gói thầu
mua sắm Bóng phát tia X quang dùng
cho Hệ thống X quang kỹ thuật số
Multix Impact

Bắc Mê, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, Nhà thầu cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam

Trước hết Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê tỉnh Tuyên Quang xin gửi lời chào, lời cảm ơn các Đơn vị, Nhà thầu cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam.

Căn cứ Thông báo số 49/TB-BVĐKKVBM ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê Về việc thông báo công khai mời báo giá để tham khảo xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Bóng phát tia X quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê. Để gia tăng số lượng nhà thầu tham gia gửi bảng chào giá gói thầu. Bệnh viện gia hạn thời gian nhận chào giá với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục hàng hóa: (Có phụ lục 1 chi tiết đính kèm theo)
2. Giá của hàng hóa đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.
3. Các giấy tờ yêu cầu:
 - Đăng ký kinh doanh
 - Báo giá của các thiết bị cung cấp: đầy đủ thông tin như biểu mẫu (Phụ lục 2 đính kèm).
 - Catalog, cấu hình, tính năng kỹ thuật.
4. Các thông tin khác

Thời gian gia hạn nhận báo giá: Từ ngày 12/02/2026 đến 17h ngày 25/02/2026 (Do thời gian nghỉ Tết nguyên đán 7 ngày). Kính mời các đơn vị, nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị gửi bản mềm qua Email: linhlathi@gmail.com và bản cứng hồ sơ, bản chào giá theo các mẫu phụ lục đính kèm.

Địa chỉ nhận báo giá:

- * Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê tỉnh Tuyên Quang
- * Khoa Dược – VTTBYT
- * Thôn Yên Phú 1, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang.
- * Điện thoại: 0838574883

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được báo giá và các tài liệu liên quan của các Đơn vị, Nhà thầu và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, Nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ (B/c);
- Lưu: VT, KD-VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Chung

PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: /BVĐKKVBM-DTBYT, ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê)

STT	Tên vật tư, linh kiện, phụ kiện	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng	Ghi chú
1	Bóng phát tia máy X-quang	* Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau - Hàng mới 100% - Đáp ứng điều kiện môi trường(nhiệt độ, độ ẩm) hoạt động tại Việt Nam * Tính năng, thông số kỹ thuật: - Điện áp phát tia tối đa (IEC 60613): $\geq 150\text{kV}$ - Giá trị danh nghĩa của tiêu điểm (IEC 60336): $\leq 0.6/\leq 1.2$ - Công suất đầu vào anode bức xạ (IEC 60613): • Tiêu điểm nhỏ $\geq 34\text{ kW}$ • Tiêu điểm lớn $\geq 80\text{ kW}$ - Góc nghiêng anode (IEC 60788): $\geq 12^\circ$ - Tốc độ tản nhiệt anode: $\geq 72.000\text{ J/phút}$ (97.000 HU/phút) - Khả năng trữ nhiệt của anode: $\geq 260.000\text{ J}$ (350.000 HU) - Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng X-quang: $\geq 1.000.000\text{ J}$ (1.350.000 HU) - Tốc độ xoay anode: $\geq 150/180\text{ Hz}$ (9.000/10.800 vòng/phút) - Phóng xạ rò rỉ (IEC 60601-1-3) (tại 150 kV ở khoảng cách 1 m (39,4”): $\leq 0,8\text{ mGy/h}$ - Lọc tổng (IEC 60601-1-3): $\geq 2,5\text{ mm Al/75 kV}$ - Trọng lượng: $\leq 18\text{ kg}$ (40 lbs)	Chiếc	01	
	Tổng cộng: 01 mặt hàng				

PHỤ LỤC 02

Tên công ty/cơ sở:

Địa chỉ:

Điện thoại:Mã số thuế:

Số tài khoản.....tại ngân hàng.....

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.....[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng ^c	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền(10) (VND)
1	Thiết bị A										
2											
	...										

1. Báo giá cung cấp Bóng phát tia X quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu)

