

Số: /TB-BVĐKKVBM

Bắc Mê, ngày 13 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về nhu cầu thẩm định giá Gói thầu mua sắm Bóng phát tia X quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê

Căn cứ luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ nghị định số 214/2024/NĐ – CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào thư mời báo giá số 49/TB-BVĐKKVBM ngày 16 tháng 12 năm 2025 Về việc thông báo công khai mời báo giá mua sắm Bóng phát tia X quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê;

Căn cứ biên bản Hội đồng khoa học ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng Gói thầu mua sắm Bóng phát tia X quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê thực hiện công khai thông tin về nhu cầu thẩm định giá Gói thầu mua sắm Bóng phát tia X quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê. *(chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

Yêu cầu hồ sơ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

- *Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp; bản mô tả năng lực, kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ thẩm định; Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá mới nhất theo qui định của Bộ Tài chính*

- Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: Trước 08h 00 phút ngày 24 tháng 03 năm 2026

- Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê tỉnh Tuyên Quang.

- Mọi thông tin liên hệ: Khoa Dược-VTTYT Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê điện thoại: 0838.574.883

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc
- Đăng website bệnh viện;
- Lưu: Hồ sơ mời thầu KD, VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Chung

Danh mục
Gói thầu mua sắm Bóng phát tia X quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact
(Kèm theo thông báo số /TB-BVĐKKVBM ngày 13 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng phát tia máy X-quang	* Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau - Hàng mới 100% - Đáp ứng điều kiện môi trường(nhiệt độ, độ ẩm) hoạt động tại Việt Nam * Tính năng, thông số kỹ thuật: - Điện áp phát tia tối đa (IEC 60613): $\geq 150\text{kV}$ - Giá trị danh nghĩa của tiêu điểm (IEC 60336): $\leq 0.6/\leq 1.2$ - Công suất đầu vào anode bức xạ (IEC 60613): • Tiêu điểm nhỏ $\geq 34\text{ kW}$ • Tiêu điểm lớn $\geq 80\text{ kW}$ - Góc nghiêng anode (IEC 60788): $\geq 12^\circ$ - Tốc độ tản nhiệt anode: $\geq 72.000\text{ J/phút}$ (97.000 HU/phút) - Khả năng trữ nhiệt của anode: $\geq 260.000\text{ J}$ (350.000 HU) - Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng X-quang: $\geq 1.000.000\text{ J}$ (1.350.000 HU) - Tốc độ xoay anode: $\geq 150/180\text{ Hz}$ (9.000/10.800 vòng/phút) - Phóng xạ rò rỉ (IEC 60601-1-3) (tại 150 kV ở khoảng cách 1 m (39,4")): $\leq 0,8\text{ mGy/h}$ - Lọc tổng (IEC 60601-1-3): $\geq 2,5\text{ mm Al/75 kV}$ - Trọng lượng: $\leq 18\text{ kg}$ (40 lbs)	Model: RAY-14S_3F; Hãng sản xuất: Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd.Wuxi		2025 trở về sau	Trung Quốc	Chiếc	01	

