

Số: /CV-BVĐKKVBMe

Bắc Mê, ngày 25 tháng 3 năm 2026

ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

*Kính gửi: Công ty cổ phần thẩm định giá Bảo Việt, địa chỉ: số 5-Liên
kê 5A, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc,
quận Hà Đông, TP Hà Nội*

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Biên bản Hợp ngày 25/3/2026 của Hội đồng mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê;

Thực hiện kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm Bóng phát tia X Quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê năm 2026. Bệnh viện đề nghị Công ty cổ phần thẩm định giá Bảo Việt thẩm định giá tài sản cụ thể như sau:

Mục đích thẩm định: Xác định giá trần của tài sản làm cơ sở xây dựng giá gói thầu để phục vụ công tác mua sắm của đơn vị theo quy định hiện hành.

Thời điểm thẩm định giá: Tháng 4 năm 2026.

Đề nghị Công ty cổ phần thẩm định giá Bảo Việt thẩm định giá trị tài sản theo danh mục sau: (*Chi tiết theo danh mục đính kèm*)

Thông tin làm hợp đồng thẩm định:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC MÊ TỈNH TUYÊN QUANG

Địa chỉ : Thôn Yên Phú 1, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang

Đại diện : **Ông Nguyễn Ngọc Chung** - Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại : 0984791071

Mã số thuế : 5100266274

Số tài khoản : 3716.2.1020954 tại Kho bạc Nhà nước khu vực VIII- Phòng giao dịch số 27.

Mã QHNS : 1020954

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trưởng khoa Dược, Lã Thị Linh: SĐT: 0838.574.883

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Chung

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn đề nghị thẩm định giá ngày 25/3/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê)

STT	Tên vật tư, linh kiện, phụ kiện	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Ghi chú
1	Bóng phát tia máy X-quang	* Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau - Hàng mới 100% - Đáp ứng điều kiện môi trường(nhiệt độ, độ ẩm) hoạt động tại Việt Nam * Tính năng, thông số kỹ thuật: - Điện áp phát tia tối đa (IEC 60613): $\geq 150\text{kV}$ - Giá trị danh nghĩa của tiêu điểm (IEC 60336): $\leq 0.6/ \leq 1.2$ - Công suất đầu vào anode bức xạ (IEC 60613): • Tiêu điểm nhỏ $\geq 34 \text{ kW}$ • Tiêu điểm lớn $\geq 80 \text{ kW}$ - Góc nghiêng anode (IEC 60788): $\geq 12^\circ$ - Tốc độ tản nhiệt anode: $\geq 72.000 \text{ J/phút}$ (97.000 HU/phút) - Khả năng trữ nhiệt của anode: $\geq 260.000 \text{ J}$ (350.000 HU) - Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng X-quang: $\geq 1.000.000 \text{ J}$ (1.350.000 HU) - Tốc độ xoay anode: $\geq 150/180 \text{ Hz}$ (9.000/10.800 vòng/phút) - Phóng xạ rò rỉ (IEC 60601-1-3) (tại 150 kV ở khoảng cách 1 m (39,4'')): $\leq 0,8 \text{ mGy/h}$ - Lọc tổng (IEC 60601-1-3): $\geq 2,5 \text{ mm Al/75 kV}$ - Trọng lượng: $\leq 18 \text{ kg}$ (40 lbs)	Chiếc	01	
	Tổng cộng: 01 mặt hàng				