SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG **BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC MÊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 43 /TB - BVĐKKVBM	*Bắc Mê, ngày 06 tháng 4 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc mời đơn vị tham gia báo giá tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
Gói thầu: Mua sắm Bóng phát tia X Quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực tư vấn:
- Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 12 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP, ngày 01/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số: 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê thông báo mời báo giá đến các đơn vị tư vấn có năng lực tham gia gói thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án cụ thể:

Gói thầu: Mua Bóng phát tia X Quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê *(có danh mục chi tiết kèm theo).*

Tổng giá dự toán cho dự án (01 gói thầu): là **847.000.000 VNĐ**: *(Tám trăm bốn mươi bảy triệu đồng).*

TT	Nội dung công việc	Khối lượng
01	- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án: - Gói thầu: Mua Bóng phát tia X Quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê.	01 gói
02	- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án mua sắm: - Gói thầu: Bóng phát tia X Quang dùng cho Hệ thống X quang kỹ thuật số Multix Impact của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê	01 gói

Khi nhận được thông báo mời báo giá này, các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia, đề nghị gửi 01 bộ hồ sơ về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê, Thôn Yên Phú 1, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang (Liên hệ bà Lã Thị Linh, SĐT 0838.574.883; Nhận qua email: linhlathi@gmail.com , trước 16 giờ 00 phút ngày 10/4/2026 để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia tư vấn;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị có kèm theo các nội dung sau:

+ Văn bản chứng minh có chức năng trong công tác Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (02 năm gần nhất).

+ Một số thông tin khác có liên quan.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Website bệnh viện;
- Ban GĐ;
- Lưu: VT, KT, KD.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC MÊ

Nguyễn Ngọc Chung

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thông báo số 43 /TB-BV ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên vật tư, linh kiện, phụ kiện	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Model, hãng sản xuất, nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Mức giá TS TĐG lựa chọn	Thành tiền (VNĐ)
1	Bóng phát tia máy X-quang	* Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau - Hàng mới 100% - Đáp ứng điều kiện môi trường(nhiệt độ, độ ẩm) hoạt động tại Việt Nam * Tính năng, thông số kỹ thuật: - Điện áp phát tia tối đa (IEC 60613): ≥ 150kV - Giá trị danh nghĩa của tiêu điểm (IEC 60336): ≤ 0.6/ ≤ 1.2 - Công suất đầu vào anode bức xạ (IEC 60613): · Tiêu điểm nhỏ ≥ 34 kW · Tiêu điểm lớn ≥ 80 kW - Góc nghiêng anode (IEC 60788): ≥ 12° - Tốc độ tản nhiệt anode: ≥ 72.000 J/phút (97.000 HU/phút) - Khả năng trữ nhiệt của anode: ≥ 260.000 J (350.000 HU) - Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng X-quang: ≥ 1.000.000 J (1.350.000 HU) - Tốc độ xoay anode: ≥ 150/180 Hz (9.000/10.800 vòng/phút) - Phóng xạ rò rỉ (IEC 60601-1-3) (tại 150 kV ở khoảng cách 1 m (39,4”): ≤ 0,8 mGy/h - Lọc tổng (IEC 60601-1-3): ≥ 2,5 mm Al/75 kV - Trọng lượng: ≤ 18 kg (40 lbs)	**Model:** RAY-14S-3F **Mã số phụ tùng (*):** 7037208 **Hãng sản xuất:** Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd.Wuxi **Nước sản xuất:** Trung Quốc	Chiếc	1	847.000.000	847.000.000
		TỔNG CỘNG					**847.000.000**